



LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA
LATVIJAS UNIVERSITĀTES P. STRADIŅA MEDICĪNAS KOLEDŽA
Reģ.Nr. 90000031813, Vidus prospektā 36/38, Jūrmalā, LV-2010
Tālrunis 67752507, fakss 67752214, e-pasts: st-skola@apollo.lv

Jūrmalā

28.02.2012. Nr. 17-5/3

Atklātā konkursa pretendentiem

Par atklāto konkursu „Digitālā diagnostiskās radioloģijas attēla apstrādes simulāciju iekārtu komplekta iegāde, piegāde un uzstādīšana Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas studiju programmas „Radiologa asistents” simulācijas klases ierīkošanai”, identifikācijas Nr. LU PSK 2012/1 ERAF

2012. gada 24. februārī Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas iepirkuma komisija ir saņēmusi pretendenta e-pasta vēstuli ar jautājumiem par atklāto konkursu „*Digitālā diagnostiskās radioloģijas attēla apstrādes simulāciju iekārtu komplekta iegāde, piegāde un uzstādīšana Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas studiju programmas „Radiologa asistents” simulācijas klases ierīkošanai*”, identifikācijas Nr. LU PSK 2012/1 ERAF, ar lūgumu sniegt atbildes uz zemāk minētajiem jautājumiem.

1.

Numerācija saskaņā ar tehnisko specifikāciju

1.1.10.; 2.1.10.; 3.1.9.

Prasība nolikumā

Barošanas bloks - paredzēta vieta monitora elektrobarošanas kabeļa pievienojumam.

Pretendenta jautājums

Mums pieejamie datoru barošanas bloku ražotāji (Fortron, Gigabyte, Xilence, Chieftech, Compucase, Modecom u.t.t.) nepiedāvā barošanas blokus ar monitoru elektrobarošanas kabeļu pievienojumu. Arī datoru ražotāji (piemēram, HP) barošanas blokus ar monitoru elektrobarošanas kabeļu pievienojumu nepiedāvā. Vai tā ir obligāta prasība, ja UPS ir prasīti 4 strāvas pieslēgumi un 4 kabeļi, kas ļauj tiem pieslēgt 1 sistēmbloku un 3 monitorus?

Iepirkuma komisijas atbilde

Iepirkuma komisija nenoraidīs pretendenta piedāvājumu, ja sistēmbloka barošanas blokam nebūs paredzēts pievienot monitoru elektrobarošanas kabeļa pievienojumu, bet monitora elektrobarošanas kabeļa pievienojums būs paredzēts pie nepārtrauktās barošanas avota (UPS).

2.

Numerācija saskaņā ar tehnisko specifikāciju

1.2.5.; 2.2.5.; 3.2.5.

Prasība nolikumā

Monitoram - 1 x VGA, 1xDVI, 1xHDMI.

Pretendenta jautājums

Praktiski monitori ar 21,5” un matētu ekrānu un visām 3 prasītajām ieejām nav pieejami. Arī Acer P222HQbd, kas minēts kā piemērs, ir tikai VGA un DVI ieejas. Vai

piedāvājums atbildīs prasībām, ja tiks piedāvāti monitori ar VGA un DVI ieejām, kas pilnībā nodrošinās datorkomplektu darbību. Videokartēm, pie kā slēgs monitorus, nebūs (nav arī prasīts) HDMI izejas.

Iepirkuma komisijas atbilde

Tehniskajā specifikācijā norādītās minimālās prasības iekārtām, monitoriem:

- ekrāna izmērs ne mazāks kā 21,5" pa diagonāli vai lielāks;
- ar matētu ekrānu tiek prasīts, lai monitora ekrāns būtu vismaz ar iekāvās norādīto klājuma veidu (skaidrojums "anti glare" klājums);
- monitora ieejām jābūt visām trim tehniskajā specifikācijā norādītajām (1 x VGA, 1xDVI, 1xHDMI).

Ekvivalentais monitors norādīts, lai pretendentam būtu iespēja salīdzināt monitora tehniskās un kvalitatīvās prasības.

3.

Numerācija saskaņā ar tehnisko specifikāciju

5.1.21.

Prasība nolikumā

Antivīrusu programmatūra - ar ne mazāk kā 1 servera un 11 lietotāju licencēm

Pretendenta jautājums

Vai nolikumā KAV 2011 programmatūra nav prasīta dubultā? Serverim prasīts - 1 servera un 11 lietotāju licencēm, arī 11 darba stacijām prasītas lietotāja licences.

Iepirkuma komisijas atbilde

Nolikumā paredzēto antivīrusa programmu (KAV 2012 vai ekvivalentu) pretendentam iespējams piedāvāt vienā no sekojošiem variantiem:

1. variants - centralizētu - 1 serveris ar 11 lietotāju licencēm;
2. variants - decentralizētu – individuāla 1 servera un individuālas 11 darba stacijām paredzētas antivīrusa licences.

Paldies par uzdotajiem jautājumiem!

Ar cieņu,
Direktore



I. Eriņa

Oliņš 29511254