



LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA
LATVIJAS UNIVERSITĀTES P. STRADIŅA MEDICĪNAS KOLEDŽA

Reģ.Nr. 90000031813, Vidus prospektā 36/38, Jūrmalā, LV-2010
Tālrunis 67752507, fakss 67752214, e-pasts: st-skola@apollo.lv

Jūrmalā

02.05.2012. Nr. 17-5/8

Atklātā konkursa pretendentiem

Par atklāto konkursu „Digitālā diagnostiskās radioloģijas attēla apstrādes simulāciju iekārtu komplekta iegāde, piegāde un uzstādīšana Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas studiju programmas „Radiologa asistents” simulācijas klases ierīkošanai”, identifikācijas Nr. LU PSK 2012/4 ERAF

2012. gada 27. aprīlī Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas iepirkuma komisija ir saņēmusi pretendenta e-pasta vēstuli ar jautājumu par atklāto konkursu „Digitālā diagnostiskās radioloģijas attēla apstrādes simulāciju iekārtu komplekta iegāde, piegāde un uzstādīšana Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas studiju programmas „Radiologa asistents” simulācijas klases ierīkošanai”, identifikācijas Nr. LU PSK 2012/4 ERAF.

Jautājums.

Izsludinātā konkursa LU PSK 2012/4 ERAF „B daļas” Tehniskās specifikācijas punktā 2.3.4. (monitora nr. 3 izšķirtspēja) ir minētas divas prasītās izšķirtspējas – 2800x2100, 2048x2560 punkti. Vēlos precizēt, kuru no minētajām izšķirtspējām monitoram ir jānodrošina?

Atbilde.

Iepirkuma komisija paskaidro, ka nolikuma B daļas Tehniskās specifikācijas 2.3. punktā norādītajam monitoram („Monitors Nr. 3, skaits – 2 gab”) ir jānodrošina kāda no 2.3.4. punktā norādītajām izšķirtspējām: 2800 x 2100 punkti vai 2048 x 2560 punkti.

Paldies par uzdoto jautājumu!

Ar cieņu,
Direktore

I. Eriņa

Oliņš 29511254