



LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA  
**LATVIJAS UNIVERSITĀTES P. STRADIŅA MEDICĪNAS KOLEDŽA**

Reģ.Nr. 90000031813, Vidus prospektā 36/38, Jūrmalā, LV-2010  
Tālrunis 67752507, fakss 67752214, e-pasts: st-skola@apollo.lv

Jūrmalā

28.02.2012. Nr. 17-5/4

Atklātā konkursa pretendentiem

Par atklāto konkursu „Digitālā diagnostiskās radioloģijas attēla apstrādes simulāciju iekārtu komplekta iegāde, piegāde un uzstādīšana Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas studiju programmas „Radiologa asistents” simulācijas klases ierīkošanai”, identifikācijas Nr. LU PSK 2012/1 ERAF

2012. gada 27. februārī Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas iepirkuma komisija ir saņēmusi pretendenta e-pasta vēstuli ar jautājumiem par atklāto konkursu „Digitālā diagnostiskās radioloģijas attēla apstrādes simulāciju iekārtu komplekta iegāde, piegāde un uzstādīšana Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas studiju programmas „Radiologa asistents” simulācijas klases ierīkošanai”, identifikācijas Nr. LU PSK 2012/1 ERAF, ar lūgumu sniegt atbildes uz zemāk minētajiem jautājumiem.

**1.**

**Numerācija saskaņā ar tehnisko specifikāciju:** 1.1.6.; 2.16.

**Prasība nolikumā:** videokarte – ar pasīvu dzesēšanu.

**Pretendenta jautājums**

Vai videokartei noteikti jābūt ar pasīvu dzesēšanu? Videokartei, kas paredzēta diagnostikas medicīnisko LCD monitoru pieslēgšanai, šādas prasības nav. Papildus viena ventilatora esamība būtiski sistēmbloka trokšņu līmeni nepaaugstinās.

**Iepirkuma komisijas atbilde**

Videokarte var būt ar piespiedventilācijas sistēmu, ja kopējais sistēmbloka trokšņu līmenis nepārsniedz tehniskajā specifikācijā prasīto.

**2.**

**Numerācija saskaņā ar tehnisko specifikāciju:** 6.2.4.; 6.3.4.

**Prasība nolikumā:** komutācijas/vadības porti – ne mazāk kā 1 gab. RS-232, USB.

**Pretendenta jautājums**

Vai šeit domāts RS-232 un USB vai RS-232 vai USB? Sistēmblokiem, kuriem paredzēti dotie UPS, nav RS-232 porti. Vai pietiekami, ja UPS būs USB vadības ports?

**Iepirkuma komisijas atbilde**

Nepārtrauktās barošanas avota komutācijas/vadības portam jābūt kādam no minētajiem atkarībā no ražotāja piedāvātā (RS-232, USB vai abi kopā).

Paldies par uzdotajiem jautājumiem!

Ar cieņu,  
Direktore

I. Eriņa

Oliņš 29511254